

## PROTOCOLO “ANILLO DE PIRIGOV”

### “Anillo Inmunológico alrededor del cuello”

- **Descripción general:**

- Esta técnica debe su amplia aplicación a la anatomía y fisiología del cuello, donde se concentran numerosos órganos y tejidos activos. El tratamiento busca estimular esta zona mediante la aplicación circular del SCENAR, favoreciendo una respuesta inmune y reguladora.

- **Procedimiento:**

1. El paciente debe estar sentado, con el terapeuta ubicado detrás de él.
2. Coloque el electrodo de forma vertical sobre las apófisis espinosas de la columna cervical (C7) y espere 30 segundos.
3. Inicie el movimiento circular alrededor del cuello, hacia la izquierda o la derecha (no importa el sentido). El movimiento debe ser lento, con velocidad constante y presión uniforme.
4. Al llegar nuevamente a la columna (apófisis espinosas), deténgase y espere 30 segundos.
5. Sin despegar el electrodo de la piel, realice el mismo recorrido circular en sentido contrario.
6. Al llegar de nuevo al centro, haga una última pausa de 30 segundos sobre las apófisis espinosas.

**NOTA:** Este recorrido completo (dos anillos en sentidos opuestos y tres pausas de 30 segundos) constituye un “ciclo completo” o “Anillo de Pirogov”.

#### Indicaciones

Problemas respiratorios (pulmones, bronquios, dolor de garganta) y estimular el sistema inmunológico del cuello.

#### Parámetros

Diagnóstico: D0  
Frecuencia: 60–90 Hz  
Modulación: Fm  
Energía: Confortable

#### Duración

Aproximadamente de 8 min

#### Límites anatómicos

C7 y cuello



#### TIP:

También se puede utilizar en problemas digestivos como reflujo gástrico o tiroideos.




## PROTOCOLO "ANILLO DE PIRIGOV"

- **Número de repeticiones recomendada:** Repetir un número impar de veces: 3, 5 o 7 anillos, según la respuesta individual del paciente.
- **Criterio para finalizar el procedimiento:** La aparición de una hiperemia persistente (enrojecimiento uniforme) alrededor del cuello indica que el tratamiento fue efectivo.

### Consideraciones importantes:

- No despegue el dispositivo de la piel durante todo el procedimiento.
- Durante la técnica pueden aparecer signos de asimetría en la piel (sensación de adherencia, cambios de color, sonido o dolor).
- Estos no requieren tratamiento adicional, ya que suelen desaparecer o cambiar durante la misma sesión.
- Esta técnica puede utilizarse de forma independiente o como complemento al finalizar un protocolo general.



### Indicaciones

Problemas respiratorios (pulmones, bronquios, dolor de garganta) y estimular el sistema inmunológico del cuello.

### Parámetros

Diagnóstico: D0  
Frecuencia: 60–90 Hz  
Modulación: Fm  
Energía: Confortable

### Duración

Aproximadamente de 8 min

### Límites anatómicos

C7 y cuello




### TIP:

No olvidar que son ciclos de 3, 5 o 7 repeticiones.



## PROTOCOLO "BABERO"

1. Inicie en modo Diagnóstico 0, con una energía confortable para el paciente.
2. Coloque el electrodo en la apófisis xifoides (boca del estómago) y deslice hacia arriba, en dirección a la zona retroauricular izquierda (detrás de la oreja).
3. Una vez alcanzada esta zona, despegue el dispositivo SCENAR y regrese a la boca del estómago.
4. Repita el recorrido, esta vez cubriendo progresivamente toda la región del cuello hasta llegar a la zona retroauricular derecha.
5. En caso de detectar asimetrías, modifique los parámetros según sea necesario hasta lograr la oposición.
6. Repita todo el procedimiento un total de 3 veces.



### Indicaciones

Problemas respiratorios (pulmones, bronquios, nariz, dolor de garganta) y reflujo gástrico

### Parámetros

Diagnóstico: D0  
Energía: Confortable

### Duración

Aproximadamente de 5 min

### Límites anatómicos

Apófisis xifoides (boca de estómago) y zona retroauricular.



### TIP:

Es importante llevar el scenar hasta la zona retroauricular para tocar los ganglios de esa zona.

